



Poznań, dnia 03.07.2026 r.

SR/XV-270-19(2)-EFK/26

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy Pzp na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
SR/XV-270-19-EFK/26

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 2

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2026, poz. 793), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 1:

PAKIET 9 -Zestaw do operacji tarczycy:

Czy zamawiający dopuszcza sterylny zestaw do operacji tarczycy o poniższym składzie:

- 1 x Serweta na stół 150 x 200 cm z centralnym wzmocnieniem 100x200 cm (owinięcie zestawu) 1 x
- Taśma klejąca 10 x 50 cm wykonana z włókny SMS 55g/m²
- 1 x Serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm z wzmocnieniem 65x100 cm
- 1 x Uchwyt velcro 2,5 x 30 cm
- 4 x Ręcznik papierowy 35 x 40 cm
- 1 x Serweta operacyjna do tarczycy w kształcie T 260x200x320 cm z padem chłonnym 45x70 cm, otworem 14x14 cm

Serweta główna wykonana z 3-warstwowego, pełnobarierowego laminatu o gramaturze 70 g/m² (spun PP + PE + spun PP) i warstwy wzmocnienia o gramaturze 74 g/m². Osłona na stolik Mayo wykonana z folii PE o grubości 60µm i wzmocnienia o gramaturze >130g/m². Osłona na stół narzędziowy w części wzmocnionej wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 78g/m². Materiał serwet całkowicie wolny od latexu i ftalanów. Materiał spełnia normy EN ISO 13795-1. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu- walidacja cykli sterylizacji zgodnie z normami: UNI EN 556-1, UNI EN ISO 11135. Materiał serwet posiada I klasę palności zgodnie z normą 16 CFR 1610.4. Zestaw sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy IIa. Każdy zestaw musi posiadać spis komponentów w języku polskim oraz min. 4 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające: nazwę zestawu, nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii, datę ważności, informacje o sterylizacji. Opakowanie: torba polietylenowa typu Tyvek. Opakowanie transportowe: Worek foliowy PE + karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego. Karton transportowy posiada etykietę z numerem REF, numerem LOT, datą produkcji, datą ważności, kodem UDI.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
lek. med. Elżbieta

1/ Platforma e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/>
2/ <https://raszei.poznan.pl/>
3/ a/a