



Poznań, dnia 14.07.2026 r.

SR/XV-270-19(4)-EFK/26

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy Pzp na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
SR/XV-270-19-EFK/26

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 4

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2026, poz. 793), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 1:

Pytanie nr 1

Zapytanie Nr 1 - dotyczy Pakiet nr 4 poz. 1

Pkt. 1) Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki o wymiarach 100x150cm ze wzmocnieniem na całej powierzchni, służącą jako owinięcie zestawu, dwuwarstwową o gramaturze włóknina PP 30g/m² oraz folii PE-film 55 mikronów, w strefie krytycznej odporność na przenikanie płynów $\geq 100\text{cmH}_2\text{O}$, siła rozerwania na sucho/mokro 177/173kPa?

Pkt. 2) Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną 90x75cm z taśmą samoprzylepną, 3-warstwową o składzie: włóknina wiskozowa 23 g/m², folia PE 40 μm , włóknina polipropylenowa 12 g/m², odporność na wypychanie na mokro/na sucho w strefie krytycznej 28/29 N, wytrzymałość na rozerwanie na mokro/na sucho w strefie krytycznej 72/85 kPa, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 203 cmH₂O?

Pkt. 5) Czy Zamawiający zgodzi się na serwetę o wymiarze 75x80cm z otworem przyklejanym 6x15cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Zapytanie Nr 2 - dotyczy Pakiet nr 4 poz. 2

Pkt.1) Czy Zamawiający dopuści obłożenie chirurgiczne do operacji stawu kolanowego o odporności na przenikanie cieczy $>150\text{cm H}_2\text{O}$, odporność na rozrywanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 301/265kPa zgodnie z normą EN ISO 811?

Pkt.8) Czy Zamawiający dopuści zestaw do irygacji z drenem o długości 300cm, reszta wymogów zgodna z zapisami SWZ?

Pkt.11) Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki o wymiarach 100x150cm ze wzmocnieniem na całej powierzchni, służącą jako owinięcie zestawu, dwuwarstwową o gramaturze włóknina PP 30g/m² oraz folii PE-film 55 mikronów, w strefie krytycznej odporność na przenikanie płynów $\geq 100\text{cmH}_2\text{O}$, siła rozerwania na sucho/mokro 177/173kPa?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 3

Zapytanie Nr 3 - dotyczy Pakiet nr 6 poz. 1 i 2

Pkt. g) Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu dwuwarstwowego - grubość folii 55 mikronów, wyściółki chłonnej min 23 g/m². Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Zapytanie Nr 4 - dotyczy Pakiet nr 6 poz. 3

Pkt. d) Czy Zamawiający zgodzi się na osłonę na kończynę o wymiarze 32x120 cm?

Pkt. e) Czy Zamawiający zgodzi się na taśmy samoprzylepne o wymiarach 9x49 cm?

Czy Zamawiający dopuści sterylne obłożenie wykonane z trzywarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + Hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej + polietylen spounbound) zgodnie z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych z warstwą wiskozową w obszarze otworu o gramaturze 50g/m² oraz warstwę wiskozową w obrębie krawędzi o gramaturze 23g/m². Posiada dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) jako trzecią warstwę z włókniny polipropylenowej o łącznej gramaturze 94g/m². Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z ISO 811): w strefie wzmocnionej >150 cm H₂O oraz odporność na rozerwanie w strefie wzmocnionej: na sucho 301 kPa i na mokro 265 Kpa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu.

Odpowiedź:

Pkt d) – Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pkt e) – Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Zapytanie Nr 5 - dotyczy Pakiet nr 6 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści obłożenie chirurgiczne do laparoskopii o wymiarach 200/270 x 320 cm o gramaturze 12g/m² oraz folii PE 50 mikronów z otworem o wymiarach 20x30 cm otoczony wzmocnioną warstwą chłonną o wymiarach 50x90 cm i gramaturze 50g/m², rozrywanie na sucho/mokro 98/118 kPa, odporność na przenikanie płynów >=200 cm H₂O?

Czy Zamawiający dopuści dren łączący do ssaka 25Ch 2,5m F/F?

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik instrumentalny służącą jako zawinięcie zestawu o wymiarach 150 x 190 cm, wzmocnioną na całej powierzchni, włóknina dwuwarstwowa o gramaturze 30g/m² oraz folii PE 55 mikronów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6

Zapytanie Nr 6 - dotyczy Pakiet nr 6 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

Serweta wykonana z laminatu nieprzemakalnego o wym. 250cm / 175cm / 270cm x 260cm, zintegrowana z nogawicami oraz ekranem anestezyjologicznym, w części brzusznej otwór 25x30cm, w części dolnej posiadająca otwór 13x24cm wraz z przysłaniającą go klapką 38x64cm, posiada organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie. Łączna gramatura 59g/m², laminat dwuwarstwowy, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 98/118kPa w strefie krytycznej, absorbcja 1,10g/dm² – 1szt.

Niebieska osłonka na stolik Mayo 79x145cm -1szt.

Dwuwarstwowa taśma samoprzylepna 9x49cm -1szt.



Ściereczki chłonne celulozowe 18x25cm - 4szt.

Taśmy samoprzylepne typu RZEP 2,5x30cm- 1szt.

Serweta z taśmą lepłą rozm. 75x75 cm. Łączna gramatura 72,6g/m², laminat trzywarstwowy, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 85/72kPa w strefie krytycznej, absorbcja 1,10g/dm² -1szt.

Serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm Łączna gramatura 74,7g/m², laminat dwuwarstwowy, odporność na rozerwanie na sucho 74kPa absorbcja 1,10g/dm² – 1szt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7

Zapytanie Nr 7 - dotyczy Pakiet nr 9 poz. 1

Pkt. 2) Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, folia PE 60 mikronów, włóknina wiskozowa 27g/m², laminat.

Czy Zamawiający dopuści wymagania dla serwety głównej jak niżej:

W strefie wzmocnionej laminat zewnętrzny o gramaturze wyściółki chłonnej 23g/m² oraz grubości folii PE 40 mikronów. Serweta właściwa składająca w strefie

- górnej z laminatu PE o gramaturze 40 mikronów oraz warstwy chłonnej o gramaturze 23g/m².

- dolnej z laminatu PE o gramaturze 50 mikronów oraz warstwy chłonnej PP o gramaturze 23g/m².

Wskaźnik absorbcji 1.10g/dm².

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei

lek. med. Dariusz Włochowski Zak

1/ Platforma e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/>

2/ <https://raszeja.poznan.pl/>

3/ a/a

