Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

Poznań, dnia 26.11.2026 r.

**SR/XV-270-29(3)-EFK/26**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę łóżek medycznych do intensywnej terapii, systemu kompresji klatki piersiowej oraz łóżka medycznego bariatrycznego do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu**
**SR/XV-270-29-EFK/26**

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 2

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2026 poz. 793), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

**ZESTAW PYTAŃ 1:**

**Dotyczy: Pakiet nr 1 Łóżka medyczne do intensywnej terapii (Załącznik nr 2 OPZ)**

**Pytanie 1 ad Pkt. 77**
*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania na zasadzie równoważności materaca wyposażonego w funkcję natychmiastowego utwardzenia realizowaną wyłącznie za pomocą zewnętrznego panelu sterowania materaca co jest typowym rozwiązaniem dla niezintegrowanych materacy zmiennociśnieniowych.*

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza materac wyposażony w funkcję natychmiastowego utwardzenia realizowaną wyłącznie za pomocą panelu sterowania materaca.

**Pytanie 2 ad Pkt. 88**
*Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o rezygnację z wymogu doposażenia łóżka w piloty elektryczne do łóżek.*
*Oferowane przez nas rozwiązanie jest wyposażone w pełni funkcjonalne, zintegrowane panele sterujące wbudowane bezpośrednio w barierki boczne, które zapewniają pełną kontrolę nad wszystkimi funkcjami elektrycznymi urządzenia (zarówno dla personelu, jak i pacjenta).*
*W tym przypadku pilot stanowi jedynie opcjonalne, dodatkowo płatne akcesorium, którego uwzględnienie w specyfikacji nie zwiększa funkcjonalności sprzętu, a jedynie niepotrzebnie podniesie wartość oferty. Dodatkowo z doświadczenia rynkowego oraz praktyki eksploatacyjnej placówek medycznych wynika, że piloty są elementami wyposażenia najbardziej narażonymi na uszkodzenia oraz zagubienie przez personel lub pacjentów. Rezygnacja z wymogu dostarczenia dodatkowych pilotów pozwoli na optymalizację kosztów zakupu po stronie Zamawiającego, bez wpływu na bezpieczeństwo i funkcjonalność użytkowania łóżek.*

**Odpowiedź:** Zamawiający rezygnuje z wymogu doposażenia łóżka w piloty elektryczne mając zabezpieczenie w panelu sterującym wbudowanym w barierki boczne.

**ZESTAW PYTAŃ 2:**

W związku z zapisami specyfikacji dającymi możliwość różnej interpretacji lub brakiem doprecyzowania przez Zamawiającego istotnych szczegółów technicznych zamawianych urządzeń,

działając na podstawie art. 135 ust. 1 UZP, zwracamy się do Zamawiającego o szczegółowe wyjaśnienie:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 3 ust. 10 projektu umowy poprzez wydłużenie z 3 do 5 dni roboczych okresu, po którego przekroczeniu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć sprzęt zastępczy o tych samych lub zbliżonych parametrach i funkcjonalności, oraz na odpowiednią zmianę postanowienia dotyczącego przedłużenia gwarancji- tak, aby przedłużenie następowało, gdy awaria trwa dłużej niż 5 dni roboczych? Termin 3 dni jest trudny do dotrzymania, ponieważ trzeba uwzględnić dostępność serwisanta, diagnostykę urządzenia oraz ocenę zakresu i czasu naprawy, a 5 dni roboczych to termin realny, który pozwala przeprowadzić te czynności i ustalić dalsze postępowanie.

**Odpowiedź:** W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający nadaje nową treść zapisowi w części A umowy par. 3 ust. 10:

„W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii przedmiotu umowy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zastępczy przedmiot umowy o tych samych lub zbliżonych parametrach i funkcjonalności."

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
lek. med. Elżbieta Wrzesińska-Żak

1/ Platforma e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/
2/ https://raszeja.poznan.pl/
3/ a/a