Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

SR/XV-270-31(2)-AG/26 Poznań, dnia 27.11.2026 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostawę systemów monitorowania parametrów życiowych pacjentów do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu SR/XV-270-31-AG/26

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 1

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r., poz. 793), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 1:

Pytanie nr 1

Dotyczy Załącznik nr 2 do SWZ Pakiet nr 2 – **MOBILNY SYSTEM DO NIEINWAZYJNEGO MONITOROWANIA PARAMETRÓW HEMODYNAMICZNYCH UKŁADU KRĄŻENIA**

Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności urządzenie o poniższych parametrach? System do nieinwazyjnego monitoringu parametrów hemodynamicznych
Aparat przeznaczony do nieinwazyjnego monitoringu parametrów hemodynamicznych (kardiografia impedancyjna) wyposażony w kanał do rejestracji zapisu kardiografii impedancyjnej (ICG)
Metoda pomiaru parametrów hemodynamicznych poprzez bioimpedancję wraz z modulacją podatności aortalnej
Zintegrowany moduł NIBP, zakres 40 – 260 [mmHg]
Panel medyczny PC touchscreen wraz z wózkiem
Rzut serca i pojemność minutowa serca (CO i CI)
Objętość wyrzutowa i wskaźnik objętości wyrzutowej serca (SV i SI)
Opór naczyń obwodowych i wskaźnik (SVR i SVRI)
Wskaźnik dostawy tlenu (DO2I),
Zawartość płynu klatki piersiowej (TFC, TFCI)
Współczynnik czasu skurczowego (STR)
Skurczowe, rozkurczowe i średnie ciśnienie tętnicze krwi (NIBP)
Częstość akcji serca (HR) – skurczowe
Wskaźniki kurczliwości (Heathera – HI)
4 różne ekrany, każdy z nich pokazuje jakość sygnału

Ekran podstawowy: ilość krzywych falowych możliwych do jednoczesnej obserwacji na ekranie: 3; ilość parametrów możliwych do jednoczesnej obserwacji na ekranie w formie liczb : 8
Ekran słupkowy: możliwość wyświetlenia 6 parametrów
Ekran trendów: możliwość wyświetlenia 4 parametrów
Ekran diagnostyczny: graficzne zobrazowanie stanu hemodynamicznego pacjenta, możliwość wyświetlenia 7 parametrów
Powiadamianie o wystąpieniu alarmu sygnałem dźwiękowym i wizualnym
Zasilanie sieciowe 230 [V], 50 [Hz]
Możliwość wprowadzenia zewnętrznych wartości min. CVP, hemoglobina, SpO2
Możliwość ustawienia znacznika
50 zestawów elektrod do pomiaru
Baza danych, analiza nagrań off-line wraz z możliwością eksportu
Rozmiar modułu głównego (szer. x wys. x gł.): 310 x 260 x 90 mm
Waga modułu głównego: 2 kg
Urządzenie medyczne klasa IIa

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
lek. med. Elżbieta Wrzesińska-Żak

1/ Platforma e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/
2/ https://raszeja.poznan.pl/
3/ a/a